

Art.Nr.: 315041

Technisches Datenblatt

Newgene SARS-CoV-2 Antigen-Schnelltest | einzelverpackt

Produktbild





unter den Top 5 Laientests der Paul-Fhrlich-Liste



Gesamtsensitivität nach PEI: 78%



Erkennt auch Omikron und Delta





Produktbeschreibung

- hohe Messgenauigkeit bestätigt durch die Stiftung Warentest
- unter den Top 5 Laientest der Paul-Ehrlich-Liste
- sehr wirksam bei Omikron und anderen Mutationen
- nachweisliche Gesamtsensitivität von 78 % (Paul-Ehrlich-Institut)
- einfacher Nasenabstrich
- klares Ergebnis nach nur 15 Minuten
- als Selbsttest für Laien zugelassen
- gelistet beim BfArM AT1210/21
- erstattungsfähig für bestimmte Einrichtungen
- in hygienischer Einzelpackung

Einsatzbereich

• zur Feststellung einer Infektion mit SARS-CoV-2

Spezifikation

Farbe blau-weiß

Klassifizierung

Produktbezogene Normen





Zolltarifnummer	3002150000
Herkunftsland	CE
EAN Code Innenverpackung	6974108060201
Mindesthaltbarkeit	2 Jahre ab Produktionsdatum

Stand 18.10.2022 Seite 1/2

Franz Mensch GmbH Werner-von-Siemens-Str. 2 86807 Buchloe, Germany

Kontaktieren Sie uns unter:

Telefon: +49 8241 9633-0 Fax: +49 8241 9633-100 E-Mail: verkauf@franz-mensch.de Franz Mensch ist ein FSC®-zertifiziertes und ISOzertifiziertes Unternehmen.

FSC®-Zertifizierungsnr.: SGSCH-COC-050190 DIN EN ISO 9001:2015



Art.Nr.: 315041

Technisches Datenblatt

Newgene SARS-CoV-2 Antigen-Schnelltest | einzelverpackt

Sie benötigen genauere Informationen? Wir beraten Sie gerne!

Die technischen Daten sind durchschnittliche Produktionswerte und können in individuellen Fällen geringfügig abweichen. Änderungen vorbehalten, keine Gewährleistung für Druckfehler oder Irrtümer.

Kontaktieren Sie uns unter:

Telefon: +49 8241 9633-0