

Technisches Datenblatt

Artikel-Nr.: 31509
SARS-CoV-2 Antigen Test Kit II Medomix (LFIA)

Produktbild



Produktbeschreibung

- 20 Testsets/ Box mit jeweils einzeln verpackten Komponenten
- Ergebnis innerhalb von 15 Minuten
- dient dem qualitativen Nachweis von SARS-CoV-2 in menschlichen Proben (in vitro)
- erfüllt die Vorgaben des RKI durch hohe Zuverlässigkeit: Spezifität: 99,10%, Sensitivität: 96,64%
- Nasen- oder Rachenprobe
- einfache Durchführbarkeit - alles in einer Box
- gelistet beim BfArM AT244/20
- erstattungsfähig im Rahmen der Testverordnung AT244/20
- Pharmazentralnummer (PZN): 20 Stück - PZN 17160825
- erkennt eine Vielzahl von Mutationen*

Einsatzbereich

- Zur Feststellung einer Infektion mit SARS-CoV-2

Spezifikation

VE	50x20 Sets
Inhalt	20 Sets/Box

Klassifizierung

Stand 13.09.2021

Seite 1/2

Technisches Datenblatt

Artikel-Nr.: 31509
SARS-CoV-2 Antigen Test Kit II Medomix (LFIA)

Produktbezogene Normen	In-vitro-Diagnostikum (IVD) CE IVD 98/79/EG
------------------------	--

Verpackung

Menge Innenverpackung	1
Menge Außenkarton	1.000
Menge CCG 1-Palette	32.760
LxBxH Außenkarton in cm	56,0 x 39,0 x 33,0
Volumen in m³ Außenkarton	0.072072
Bruttogewicht Außenkarton in gr	13.000

Weiterführende Informationen

Zolltarif-Nr.	3002150000
EAN-Innenverpackung	4015544721409
Mindesthaltbarkeit	1 Jahre

Sie benötigen genauere Informationen? Wir beraten Sie gerne!

Die technischen Daten sind durchschnittliche Produktionswerte und können in individuellen Fällen geringfügig abweichen.
Änderungen vorbehalten, keine Gewährleistung für Druckfehler oder Irrtümer.